



# 单一来源方式采购申请表

|              |  |      |              |       |     |
|--------------|--|------|--------------|-------|-----|
| 项目名称         | 聚焦离子束 (Helios 600i) 镓源等耗材采购项目  |      |              |       |     |
| 预算金额         |  | 申请部门 | 公共分析<br>测试中心 | 项目负责人 | 何佳清 |
| 符合条件         | <input type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购 ( 在国内只有一家供货商或唯一的代理商 )<br><input type="checkbox"/> 信息化管理系统开发及信息化集成建设等项目需要继续由原供应商升级改造或延伸服务，且升级改造或延伸服务预算额小于原合同额<br><input type="checkbox"/> 涉及学校安全和保密要求，且符合要求的供应商只有一家<br><input checked="" type="checkbox"/> 必须与原采购设备配套的专用附属设备或零部件，或原厂维保服务的<br><input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购<br><input type="checkbox"/> 法律法规允许的其他情形                      |      |              |       |     |
| 符合条件<br>情况说明 | <p>本次采购的耗材主要用于维持公用聚焦离子束 (Helios 600i) 的正常运转, 属于聚焦离子束 (Helios 600i) 的专属耗材, 尚未发现类似耗材与 Helios 600i 完美匹配。另外, 更换该耗材时需要 Helios 600i 原厂工程师技术支持, 这也限制了采购供应商。本耗材后期维护涉及设备本身, 也会涉及到 Helios 600i 原厂工程师。本耗材厂商为飞雅贸易 (上海) 有限公司。</p> <p style="text-align: right;"> <br/>             项目负责人签字: 2020年10月29日           </p> |      |              |       |     |

|        |  |
|--------|--|
| 申请部门意见 | <p>(符合上述第二、第三、第五条的需相关部门审批)</p> <p>同意</p> <p></p> <p>2020年10月30日</p> |
|--------|--|

备注：符合第 1 条的需附专家论证意见，符合第 2-6 条需附佐证材料。